



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.04.000.М.000281.04.17 ОТ 05.04.2017 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение источника ионизирующего излучения согласно приложению в ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Челябинск) по адресу: 454003, г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск), 454003 г. Челябинск, проспект Героя России Родионова Е.Н., 2. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по оценке состояния радиационной безопасности № 01-08-13-02/138 от 17.03.2017 г. выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Аттестат аккредитации № RA.RU.710037 от 03.06.2015 года

Заключение действительно до 05.04.2022 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2830009



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.04.000.М.000281.04.17 от 05.04.2017 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

Рентгеновский цифровой мобильный аппарат с С-дугой ARCADIS Avantic Gen2 (заводской №32193, 2009 года выпуска)

1. Технические характеристики:
 - 1.1. Максимальное анодное напряжение: 125 кВ
 - 1.2. Сила тока: 250 мА
2. Вид и характер работ: эксплуатация и хранения для проведения рентгеновских процедур
3. Место эксплуатации: в помещениях № 2.60 (палата интенсивной терапии кардиохирургического отделения № 3), № 2.19 (лаборатория электрофизиологических исследований сердца), №№ 2.16, 2.17, 2.18 (операционные для проведения открытых кардиохирургических операций) на 2-ом этаже 4-х этажного здания ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Челябинск) по адресу: г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., 2
4. Место хранения: в помещении № 2.36 (рентгенооперационная отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения) на 2-ом этаже 4-х этажного здания ФГБУ "ФЦССХ" Минздрава России (г. Челябинск) по адресу: г. Челябинск, пр. Героя России Родионова Е.Н., 2



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



